Costruttore	Costrut.	Sartorius		
Numero di modello	Modello	MCA225P-3S00-D		
Numero di serie	N°serie	0045304663		
Versione del pacchetto	Pacchet.	09-03-08.04.11 CN:AB9F		
Versione QAPP	QAPP	2.1.6		
Nome dell'attività	Attività	Test di pipette ASL Toscana		
ID 1 apparecchio	ID 1	HTSCAL		
ID 2 apparecchio	ID 2	Lab Tarature		
Risultato:				
ID pipetta	IDPip	proline		
Risultato	Risult.	NON OK		
Volume nominale	VolNom		1000	µl
Data/ora	14/02/2025	14:43:57		
Tipo di canale	Tipo	Canale singolo		
Numero di canali	Canali	1		
Utente	Utente	HTSCAL		
Numero di serie	N. ser.	15520749		
Costruttore di pipette	Costruttore	sartorius		
Costruttore del puntale della pipetta	CstrPunt	sartorius		
Codice prodotto del puntale della pipetta	CodPrd			
Numero di lotto del puntale della pipetta	Lotto			
Principio della regolazione	PrincReg	Ex		
Modello bilancia	ModBil	MCA225P-3S00-D		
Numero di serie bilancia	NSerBil	0045304663		
Costruttore termometro	CstrTerm	delta		
Modello termometro	ModTerm	prova		
Numero di serie termometro	NSerTerm			
Costruttore barometro	CstrBaro			
Modello barometro	ModBaro			
Numero di serie barometro	NSerBaro			
Costruttore igrometro	CstrIgro			
Modello igrometro	ModIgro			
Numero di serie igrometro	NSerIgro			
Pressione dell'aria	AirPres		1013.0	hPa
Temperatura	Temp		20.0	°C
Fattore Z	Fatt_z			
Umidità relativa dell'aria	UmidRel		50	%
Temperatura di riferimento	RefTemp		20.0	°C
Canale 1:				
Volume di test 1	VolTest 1		100	µl
Volume medio erogato 1	VolMed1		40	µl

Limite deviazione di misura sist. Es (%)	Lim%Es		8.000	%
Valore reale dev. di misura sist. Es (%)	Reale%Es		−59.995	%
Limite deviazione di misura sist. Es	LimEs		8.000	µl
Valore reale deviaz. di misura sist. Es	RealeEs		−59.995	µl
Conformità deviaz. di misura sist. Es (%)	Conf%Es		−5.999	%
Limite deviaz. di misura casuale CV (%)	Lim%CV		3.000	%
Valore reale dev. di mis. casuale CV (%)	Reale%CV		128.778	%
Limite deviazione di misura casuale CV	LimCV		3.000	µl
Valore reale dev. di misura casuale CV	RealeCV		51.518	µl
Conformità deviaz. misura casuale CV (%)	Conf%CV		12.878	%
Risultato	Risult.	NON OK		
Volume di test 2	VolTest 2		500	µl
Volume medio erogato 2	VolMed2		0	µl
Limite deviazione di misura sist. Es (%)	Lim%Es		1.600	%
Valore reale dev. di misura sist. Es (%)	Reale%Es		−99.900	%
Limite deviazione di misura sist. Es	LimEs		8.000	µl
Valore reale deviaz. di misura sist. Es	RealeEs		−499.500	µl
Conformità deviaz. di misura sist. Es (%)	Conf%Es		−49.950	%
Limite deviaz. di misura casuale CV (%)	Lim%CV		0.600	%
Valore reale dev. di mis. casuale CV (%)	Reale%CV		0.123	%
Limite deviazione di misura casuale CV	LimCV		3.000	µl
Valore reale dev. di misura casuale CV	RealeCV		0.001	µl
Conformità deviaz. misura casuale CV (%)	Conf%CV		0.061	%
Risultato	Risult.	NON OK		
Volume di test 3	VolTest 3		1000	µl

Volume medio erogato 3	VolMed3		1	µl
Limite deviazione di misura sist. Es (%)	Lim%Es		0.800	%
Valore reale dev. di misura sist. Es (%)	Reale%Es		−99.900	%
Limite deviazione di misura sist. Es	LimEs		8.000	µl
Valore reale deviaz. di misura sist. Es	RealeEs		−999.000	µl
Conformità deviaz. di misura sist. Es (%)	Conf%Es		−99.900	%
Limite deviaz. di misura casuale CV (%)	Lim%CV		0.300	%
Valore reale dev. di mis. casuale CV (%)	Reale%CV		0.123	%
Limite deviazione di misura casuale CV	LimCV		3.000	µl
Valore reale dev. di misura casuale CV	RealeCV		0.001	µl
Conformità deviaz. misura casuale CV (%)	Conf%CV		0.123	%
Risultato	Risult.	NON OK		

Data/ora fine del report	14/02/2025	14:45:00
Firma:		