

Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA1203S-2S00-R
Numero di serie	N° ser.	0047101809
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.03.14 CN:FC3D8E41
Versione QAPP	QAPP	1.0.0
Nome dell'attività	Attività	AWC Leopharma
ID 1 apparecchio	ID 1	Leopharma Test
ID 2 apparecchio	ID 2	Linea XXX
ID 3 apparecchio	ID 3	

Iniziale:

lotto	lotto	001
-------	-------	-----

ID prodotto	ID prod.	LOCOBASE REPAIR 100 g
-------------	----------	-----------------------

Descrizione

Numero di valori di tara	nDefTare	5
--------------------------	----------	---

Componenti:

Numero del campione	n	1		
Lordo	G		+99.995	g
Numero del campione	n	2		
Lordo	G		+100.005	g
Numero del campione	n	3		
Lordo	G		+100.000	g
Numero del campione	n	4		
Lordo	G		+100.002	g
Numero del campione	n	5		
Lordo	G		+100.000	g

Risultato:

Peso dell'imballaggio vuoto (peso tara)	EWgt	100.000	g
--	------	---------	---

Data/ora fine del report	01/04/2026	07:37:59
--------------------------	------------	----------

Il report è stato compilato dall'utente Daniele Risolo (drisolo) e firmato con firma elettronica.