

Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA1203S-2S00-R
Numero di serie	N° ser.	0047101809
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.03.14 CN:FC3D8E41
Versione QAPP	QAPP	1.1.0
Nome dell'attività	Attività	AWC Leopharma
ID 1 apparecchio	ID 1	Leopharma Test
ID 2 apparecchio	ID 2	Linea XXX
ID 3 apparecchio	ID 3	

Iniziale:

lotto	lotto	iuyyy		
ID prodotto	ID prod.	test		
Controllo	Contr.	Distruttivo		
Tipo di prodotto	Tipo	Solido		
Controllare secondo	Contr.	Definito dall'utente		
Quantità nominale	Qnt.nom.	100.000000	g	
Numero di campioni	nDef	3		
Tolleranza inferiore 2	TU 2	93.000000	g	
Tolleranza inferiore 1	TU 1	94.000000	g	
Tolleranza inferiore	TU	95.000000	g	
Tolleranza superiore	TO	102.000000	g	
Tolleranza superiore 1	TO 1	103.000000	g	
Tolleranza superiore 2	TO 2	104.000000	g	

Componenti:

Numero del campione	n	1		
Lordo	G	+150.000	g	
Lordo	G	+50.000	g	
Quantità di riempimento	QtRiemp.	100.000	g	
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	2		
Lordo	G	+149.999	g	
Lordo	G	+49.998	g	
Quantità di riempimento	QtRiemp.	100.001	g	
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	3		
Lordo	G	+149.999	g	
Lordo	G	+49.999	g	
Quantità di riempimento	QtRiemp.	100.000	g	
Controllo	Contr.	OK		

Risultato:

Numero di misurazioni	MeasNo	2
Contatore totale	Total	3

Contatore infer. alla tolleranza 2	<TU2	0
Contatore infer. alla tolleranza 1	<TU1	0
Contatore infer. alla tolleranza	<TU	0
Contatore OK	OK	3
Contatore super. alla tolleranza	>TO	0
Contatore super. alla tolleranza 1	>TO1	0
Contatore super. alla tolleranza 2	>TO2	0

Statistica:

Numero di componenti	n	3	
Valore medio	$\bar{x}$	100.0003	g
Media a lungo termine	MediaL	99.9997	g
Deviazione standard	s	0.0006	g
Coefficiente di variazione	sRel	0.00	%
Somma di tutti i valori	Sum	300.001	g
Valore più basso del componente (min)	Min	100.000	g
Valore più alto del componente (max)	Max	100.001	g
Differenza min e max	Diff	0.001	g

Data/ora fine del report 25/04/2026 09:11:52

Il report è stato compilato dall'utente Daniele Risolo (drisolo) e firmato con firma elettronica.