

Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA1203S-2S00-R
Numero di serie	N° ser.	0047101809
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.03.14 CN:FC3D8E41
Versione QAPP	QAPP	1.1.0
Nome dell'attività	Attività	AWC Leopharma
ID 1 apparecchio	ID 1	Leopharma Test
ID 2 apparecchio	ID 2	Linea XXX
ID 3 apparecchio	ID 3	

Iniziale:

ID prodotto	ID prod.	test
lotto	lotto	iuyyy
Inizio	Inizio	25/04/2026 09:09:14
Fine	Fine	25/04/2026 09:11:15

Risultato:

Contatore totale	Total	6
Contatore infer. alla tolleranza 2	<TU2	0
Contatore infer. alla tolleranza 1	<TU1	0
Contatore infer. alla tolleranza	<TU	0
Contatore OK	OK	6
Contatore super. alla tolleranza	>TO	0
Contatore super. alla tolleranza 1	>TO1	0
Contatore super. alla tolleranza 2	>TO2	0

Statistica:

Numero di componenti	n	6	
Valore medio	$\bar{x}$	99.9997	g
Media a lungo termine	MediaL	99.9997	g
Deviazione standard	s	0.0008	g
Coefficiente di variazione	sRel	0.00	%
Somma di tutti i valori	Sum	599.998	g
Valore più basso del componente (min)	Min	99.999	g
Valore più alto del componente (max)	Max	100.001	g
Differenza min e max	Diff	0.002	g

Data/ora fine del report 25/04/2026 09:12:57

Il report è stato compilato dall'utente Daniele Risolo (drisolo) e firmato con firma elettronica.