

Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	CUB225P-1S0-IC
Numero di serie	N° ser.	0047901403
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-13-10.01.06 CN:19B3707B
Versione QAPP	QAPP	2.2.0
Nome dell'attività	Attività	Test di pipette
ID 1 apparecchio	ID 1	CHIESI
ID 2 apparecchio	ID 2	NERVIANO

Iniziale:

ID pipetta	IDPip	Tacta® Mechanical Pipette, 1-ch, 20-200 µl		
Tipo di canale	Tipo	Canale singolo		
Canale	Canale	1/1		
Volume nominale	VolNom		200.000	µl
N. serie pipetta	NSerPip	16007900		
Costruttore	Cstr	Sartorius		
Intervallo di test	IntTest	6 mo		
Data/ora	08/04/2026	18:25:20		
Utente	Utente	Daniele Risolo		

Componenti:

Volume di test 1	VolTest1		20.000	µl
Ripetizione 1	Ripetizione 1		1	
Lordo	G		+20.07	mg
ID memoria	ID mem.	10		
Volume misurato	MeasVol		20.1423	µl
Volume di test 2	VolTest2		100.000	µl
Ripetizione 1	Ripetizione 1		1	
Lordo	G		+100.04	mg
ID memoria	ID mem.	11		
Volume misurato	MeasVol		100.4001	µl
Volume di test 3	VolTest3		200.000	µl
Ripetizione 1	Ripetizione 1		1	
Lordo	G		+199.88	mg
ID memoria	ID mem.	12		
Volume misurato	MeasVol		200.5996	µl

Risultato:

Volume di test 1	VolTest1		20.000	µl
Volume medio erogato 1	VolMed1		20.1423	µl
Deviazione di misura sistematica:	DevSis:			
Limite deviazione di misura sist. Es (%)	Lim%Es		8.000	%
Valore reale dev. di misura sist. Es (%)	Reale%Es		0.711	%
Conformità deviaz. di misura	Conf%Es		0.071	%

sist. Es (%)				
Limite deviazione di misura sist. Es	LimEs		1.600	µl
Valore reale deviaz. di misura sist. Es	RealeEs		0.142	µl
Deviazione di misura casuale: Limite deviaz. di misura casuale CV (%)	DevCas: Lim%CV		3.000	%
Limite deviazione di misura casuale CV	LimCV		0.600	µl
Risultato	Risult.	OK		
Volume di test 2	VolTest2		100.000	µl
Volume medio erogato 2	VolMed2		100.4001	µl
Deviazione di misura sistematica:	DevSis:			
Limite deviazione di misura sist. Es (%)	Lim%Es		1.600	%
Valore reale dev. di misura sist. Es (%)	Reale%Es		0.400	%
Conformità deviaz. di misura sist. Es (%)	Conf%Es		0.200	%
Limite deviazione di misura sist. Es	LimEs		1.600	µl
Valore reale deviaz. di misura sist. Es	RealeEs		0.400	µl
Deviazione di misura casuale: Limite deviaz. di misura casuale CV (%)	DevCas: Lim%CV		0.600	%
Limite deviazione di misura casuale CV	LimCV		0.600	µl
Risultato	Risult.	OK		
Volume di test 3	VolTest3		200.000	µl
Volume medio erogato 3	VolMed3		200.5996	µl
Deviazione di misura sistematica:	DevSis:			
Limite deviazione di misura sist. Es (%)	Lim%Es		0.800	%
Valore reale dev. di misura sist. Es (%)	Reale%Es		0.300	%
Conformità deviaz. di misura sist. Es (%)	Conf%Es		0.300	%
Limite deviazione di misura sist. Es	LimEs		1.600	µl
Valore reale deviaz. di misura sist. Es	RealeEs		0.600	µl

Deviazione di misura casuale:	DevCas:		
Limite deviaz. di misura casuale CV (%)	Lim%CV	0.300	%
Limite deviazione di misura casuale CV	LimCV	0.600	µl
Risultato	Risult.	OK	

Data/ora fine del report 08/04/2026 18:31:23

Il report è stato compilato dall'utente Daniele Risolo (drisol) e firmato con firma elettronica.
