

Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA1203S-2S00-R
Numero di serie	N° ser.	0047101809
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.03.02 CN:FC3D8E41
Versione QAPP	QAPP	3.1.1
Nome dell'attività	Attività	USP Advanced
ID 1 apparecchio	ID 1	
ID 2 apparecchio	ID 2	
ID 3 apparecchio	ID 3	

Procedura	Procedura	Ph.Eur.		
<u>Prova di ripetibilità:</u>				
ID peso	WgtID	test		
Valore convezionale	WgtR		100.000000	g
Lordo	G		+99.998	g
Lordo	G		+99.999	g
Lordo	G		+100.000	g
Lordo	G		+100.000	g
Lordo	G		+100.000	g
Lordo	G		+100.000	g
Lordo	G		+100.001	g
Lordo	G		+99.998	g
Lordo	G		+100.000	g
Lordo	G		+100.000	g
Deviazione standard	s		0.00097	g
2 volte la deviazione standard	2s		0.00194	g
Range di lavoro	m min		1.932	g
Peso netto massimo possibile	Max		1200	g
Valore da monitorare	VTM	Peso netto minimo desiderato		

Peso netto minimo desiderato	msnw		0.900	g
Peso netto minimo attualmente misurato	msnwact		1.932	g
Non soddisfa i requisiti Ph.Eur..				

Fattore di sicurezza	SF		1.0	
Fattore di sicurezza attuale	SFact		0.5	

<u>Misura dell'accuratezza:</u>				
ID peso	WgtID	test		
Valore convezionale	WgtA		200.000000	g
Lordo	G		+199.999	g
Soddisfa i requisiti Ph.Eur..				

Data/ora fine del report 01/12/2025 12:20:19

Il report è stato compilato dall'utente Daniele Risolo (drisolo) e firmato con firma elettronica.
