

Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA1203S-2S00-R
Numero di serie	N° ser.	0047101809
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.03.14 CN:FC3D8E41
Versione QAPP	QAPP	1.0.5
Nome dell'attività	Attività	Calibrazione LIMS
ID 1 apparecchio	ID 1	Leopharma Test
ID 2 apparecchio	ID 2	Linea XXX
ID 3 apparecchio	ID 3	

Risultato:

Nome del job	Job	Test Funzionalità v0.2
Descrizione del job	Desc	Controllo Periodico con Masse Certificate
Numero di pesi	Cnt	1
Risultato della calibrazione	CalRes	SUPERATO

Peso 1:

ID peso	CWID	7667		
Marchio di designazione	Mark	47fgh27		
Set ID	SetID	345		
Prossima data di calibrazione	NxtCal	28/04/2027		
Valore nominale	NomVal	50.000	g	
Deviazione del valore	Dev	0.0	mg	
Peso convenzionale	CWgt	50.000	g	
Limite di allarme	WarnLim	0.2	%	
Lordo	G	+49.999	g	
Risultato	Res	SUPERATO		

Data/ora fine del report 28/04/2026 18:54:51

Il report è stato compilato dall'utente Daniele Risolo (drisolo) e firmato con firma elettronica.