

Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA1203S-2S00-R
Numero di serie	N° ser.	0047101809
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.03.05 CN:FC3D8E41
Versione QAPP	QAPP	3.0.4
Nome dell'attività	Attività	Controllo compresse
ID 1 apparecchio	ID 1	FAMAR
ID 2 apparecchio	ID 2	Stabilimento di Baranzate MI
ID 3 apparecchio	ID 3	CONTROLLO LINEA XXX

Iniziale:

Lotto N°	LOTTO	Test-Demo		
ID prodotto	ID prod.	57990 Paracod 500/30 mg		
Tipo di prodotto	Tipo	Compressa		
Modalità di test	TestMode	Definito dall'utente		
Numero di campioni	nDef		20	
Peso nominale	ValNom		0.6123000	g
Tolleranza min	Tol1		3.00	%
Tolleranza max	Tol2		6.00	%

Componenti:

Numero del campione	n	1		
Lordo	G		+0.620	g
ID memoria	ID mem.	27		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	2		
Lordo	G		+0.619	g
ID memoria	ID mem.	28		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	3		
Lordo	G		+0.621	g
ID memoria	ID mem.	29		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	4		
Lordo	G		+0.607	g
ID memoria	ID mem.	30		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	5		
Lordo	G		+0.611	g
ID memoria	ID mem.	31		
Controllo	Contr.	OK		

Numero del campione	n	6		
Lordo	G		+0.608	g
ID memoria	ID mem.	32		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	7		
Lordo	G		+0.619	g
ID memoria	ID mem.	33		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	8		
Lordo	G		+0.604	g
ID memoria	ID mem.	34		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	9		
Lordo	G		+0.617	g
ID memoria	ID mem.	35		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	10		
Lordo	G		+0.624	g
ID memoria	ID mem.	36		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	11		
Lordo	G		+0.622	g
ID memoria	ID mem.	37		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	12		
Lordo	G		+0.614	g
ID memoria	ID mem.	38		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	13		
Lordo	G		+0.622	g
ID memoria	ID mem.	39		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	14		
Lordo	G		+0.613	g
ID memoria	ID mem.	40		
Controllo	Contr.	OK		

Numero del campione	n	15		
Lordo	G		+0.620	g
ID memoria	ID mem.	41		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	16		
Lordo	G		+0.612	g
ID memoria	ID mem.	42		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	17		
Lordo	G		+0.618	g
ID memoria	ID mem.	43		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	18		
Lordo	G		+0.622	g
ID memoria	ID mem.	44		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	19		
Lordo	G		+0.614	g
ID memoria	ID mem.	45		
Controllo	Contr.	OK		
Numero del campione	n	20		
Lordo	G		+0.614	g
ID memoria	ID mem.	46		
Controllo	Contr.	OK		

Risultato:

Contatore totale	ContTot	20
Contatore al di fuori della plausibilità	ContadFP	0
Contatore infer. alla tolleranza 2	Cont<tol2	0
Contatore infer. alla tolleranza 1	Cont<tol1	0
Contatore OK	CntOK	20
Contatore super. alla tolleranza 1	Cont>tol1	0
Contatore super. alla tolleranza 2	Cont>tol2	0

Statistica:

Numero di componenti	n	20	
Valore medio	x	0.6161	g
Deviazione standard	s	0.0056	g
Coefficiente di variazione	sRel	0.91	%
Somma di tutti i valori	Sum	12.321	g
Valore più basso del componente (min)	Min	0.604	g
Valore più alto del componente (max)	Max	0.624	g
Differenza min e max	Diff	0.020	g

Risultato di test:

Numero di test nel lotto	NrTest	1
Test superato		

Data/ora fine del report	12/02/2026	10:27:03
Il report è stato compilato dall'utente Stefano Zocchi (s.zocchi) e firmato con firma elettronica.		
Creatore del report (nome visualizzato)	Visual.	Stefano Zocchi
