

Costrut.	Sartorius
Modello	MCA1203S-2S00-R
N° ser.	0047101809
Pacchetto	09-03-09.03.05 CN:FC3D8E41
QAPP	1.2.1
Attività	Weighing
ID 1	fresenius
ID 2	
ID 3	

Iniziale:

lotto	test-demo
-------	-----------

03/03/2026	17:05:51
------------	----------

ID mem.	53
---------	----

G	+100.00 g
---	-----------

03/03/2026	17:05:58
------------	----------

ID mem.	54
---------	----

G	+200.00 g
---	-----------

03/03/2026	17:06:06
-----------------------	---------------------

ID mem.	55
--------------------	---------------

G	+300.00 g
--------------	----------------------

Motivo:	errore manuale
---------	----------------

03/03/2026	17:06:08
------------	----------

ID mem.	56
---------	----

G	+300.00 g
---	-----------

03/03/2026	17:06:35
------------	----------

Il report è stato compilato
dall'utente Claudio Brilli
(claudio.brilli) e firmato con firma
elettronica.