

Costruttore	Costrut.	Sartorius		
Numero di modello	Modello	MCA1203S-2S00-R		
Numero di serie	N° ser.	0047101809		
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.03.14 CN:FC3D8E41		
Versione QAPP	QAPP	3.1.2		
Nome dell'attività	Attività	USP Advanced		
ID 1 apparecchio	ID 1	OLON SPA		
ID 2 apparecchio	ID 2	LAB R&D		
ID 3 apparecchio	ID 3	STAB. DI RODANO		
Procedura	Procedura	Ph.Eur.		
<u>Prova di ripetibilità:</u>				
ID peso	WgtID	test-rsl		
Valore convenzionale	WgtR		100.000000	g
Lordo	G		+100.001	g
ID memoria	ID mem.	5		
Lordo	G		+100.005	g
ID memoria	ID mem.	6		
Lordo	G		+99.992	g
ID memoria	ID mem.	7		
Lordo	G		+100.003	g
ID memoria	ID mem.	8		
Lordo	G		+99.999	g
ID memoria	ID mem.	9		
Lordo	G		+100.003	g
ID memoria	ID mem.	10		
Lordo	G		+99.995	g
ID memoria	ID mem.	11		
Lordo	G		+99.997	g
ID memoria	ID mem.	12		
Lordo	G		+100.000	g
ID memoria	ID mem.	13		
Lordo	G		+99.996	g
ID memoria	ID mem.	14		
Deviazione standard	s		0.00409	g
2 volte la deviazione standard	2s		0.00818	g
Peso netto minimo possibile	m min		8.189	g
Peso netto massimo possibile	Max		1200	g
Valore da monitorare	VTM	Peso netto minimo desiderato		

Peso netto minimo desiderato	msnw		0.900	g
Peso netto minimo attualmente misurato	msnwact		8.189	g

Non soddisfa i requisiti Ph.Eur..

Fattore di sicurezza	SF	1.0
Fattore di sicurezza attuale	SFact	0.1

Misura dell'accuratezza:

ID peso	WgtID	test-acc-rsl	
Valore convezionale	WgtA		200.000000 g
Lordo	G		+200.003 g
ID memoria	ID mem.	15	

Soddisfa i requisiti Ph.Eur..

Data/ora fine del report	24/03/2026	10:46:45
--------------------------	------------	----------

Il report è stato compilato dall'utente Matteo Fusari (mfusari@olonspa.it) e firmato con firma elettronica.

Creatore del report (nome visualizzato)	Visual.	Matteo Fusari
---	---------	---------------