

Costruttore	Costrut.	Sartorius		
Numero di modello	Modello	MCA1203S-2S00-R		
Numero di serie	N° ser.	0047101809		
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.03.14 CN:FC3D8E41		
Versione QAPP	QAPP	3.1.2		
Nome dell'attività	Attività	USP Advanced		
ID 1 apparecchio	ID 1	OLON SPA		
ID 2 apparecchio	ID 2	LAB R&D		
ID 3 apparecchio	ID 3	STAB. DI RODANO		
Procedura	Procedura	USP		
<u>Prova di ripetibilità:</u>				
ID peso	WgtID	test-rsl		
Valore convezionale	WgtR		100.000000	g
Lordo	G		+100.000	g
ID memoria	ID mem.	26		
Lordo	G		+100.000	g
ID memoria	ID mem.	27		
Lordo	G		+100.002	g
ID memoria	ID mem.	28		
Lordo	G		+100.000	g
ID memoria	ID mem.	29		
Lordo	G		+100.000	g
ID memoria	ID mem.	30		
Lordo	G		+100.001	g
ID memoria	ID mem.	31		
Lordo	G		+100.001	g
ID memoria	ID mem.	32		
Lordo	G		+100.001	g
ID memoria	ID mem.	33		
Lordo	G		+100.001	g
ID memoria	ID mem.	34		
Lordo	G		+99.999	g
ID memoria	ID mem.	35		
Deviazione standard	s		0.00085	g
2 volte la deviazione standard	2s		0.00170	g
Peso netto minimo possibile	m min		1.700	g
Peso netto massimo possibile	Max		1200	g
Valore da monitorare	VTM	Peso netto minimo desiderato		

Peso netto minimo desiderato	msnw		0.821	g
Peso netto minimo attualmente misurato	msnwact		1.700	g

Non soddisfa i requisiti USP.

Fattore di sicurezza	SF	1.0
Fattore di sicurezza attuale	SFact	0.5

Misura dell'accuratezza:

ID peso	WgtID	test-acc-rsl	
Valore convenzionale	WgtA		200.000000 g
Lordo	G		+199.997 g
ID memoria	ID mem.	36	

Soddisfa i requisiti USP.

Data/ora fine del report	24/03/2026	11:22:02
Il report è stato compilato dall'utente Matteo Fusari (mfusari@olonspa.it) e firmato con firma elettronica.		
Creatore del report (nome visualizzato)	Visual.	Matteo Fusari