



Costruttore	Costrut.	Sartorius		
Numero di modello	Modello	MCA225P-3S00-D		
Numero di serie	N°serie	0045304663		
Minimum Weight	m min	0.01000	g	
Versione del pacchetto	Pacchet.	09-03-08.04.02 CN:AB9F		
Versione QAPP	QAPP	2.3.2		
Nome dell'attività	Attività	Pesata finale		
ID 1 apparecchio	ID 1	IREN GE		
ID 2 apparecchio	ID 2	LAB. CQ 123		
Data/ora inizio del report	21/11/2024	15:12:00		
ID lotto	Lotto	iren		
Numero del campione	n	1		
ID campione	SID	filtro-1		
Peso iniziale				
Utente	Utente	Fabio Bonfiglioli		
ID memoria	ID memoria	62		
Data/ora della memorizzazione	21/11/2024	15:08:41		
Lordo	G	+5882.97	mg	
Numero del campione	n	2		
ID campione	SID	filtro-2		
Peso iniziale				
Utente	Utente	Fabio Bonfiglioli		
ID memoria	ID memoria	63		
Data/ora della memorizzazione	21/11/2024	15:09:39		
Lordo	G	+2964.52	mg	
Peso finale 1				
Utente	Utente	Fabio Bonfiglioli		
ID memoria	ID memoria	64		
Data/ora della memorizzazione	21/11/2024	15:11:23		
Lordo	G	+2964.28	mg	
Residuo in g	Residuo_g	2.96428	g	
Residuo in %	Residuo_%	99.99	%	
Perdita in g	Perd._g	0.00024	g	
Perdita in %	Perd._%	0.01	%	
Data/ora fine del report	21/11/2024	15:13:20		
Creatore del report (nome visualizzato)	Visual.	Fabio Bonfiglioli		
Il report è stato compilato dall'utente Fabio Bonfiglioli (fabio.bonfiglioli) e firmato con firma elettronica.				



Pesata finale
Pesata differenziale fino a 10 lotti
(alfanumerici)

Minimum Weight
Procedura
Prossima determinazione

m min
Proc.
ProsDet.

0.01000 g
Farmacopea europea (Ph.Eur.). 2.1.7
31/05/2025
