



Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA6202S-2S00-0
Numero di serie	N° ser.	0037302471
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Nome dell'attività	Attività	App Packaging v.2 (Leo Pharma)
Versione QAPP	QAPP	2.0.0
ID 1 apparecchio	ID 1	LEOPHARMA
ID 2 apparecchio	ID 2	Bilancia XYZ
ID 3 apparecchio	ID 3	Rep Packaging
ID gruppo	Gruppo	LINEA XX
Data/ora inizio del report	06/06/2025	15:36:37

Iniziale:

Batch No:	Lotto	9404566754
ID prodotto	ID prod.	LOCODASE-REPAIR 100 g
Descrizione	Descr.	Crema Viso Collo
Numero di valori di tara	nDefTare	10
<u>Componenti:</u>		
Numero del campione	n	1
Lordo	G	+28.39 g
ID memoria	ID mem.	340
Numero del campione	n	2
Lordo	G	+28.39 g
ID memoria	ID mem.	341
Numero del campione	n	3
Lordo	G	+28.39 g
ID memoria	ID mem.	342
Numero del campione	n	4
Lordo	G	+28.37 g
ID memoria	ID mem.	343
Numero del campione	n	5
Lordo	G	+28.39 g
ID memoria	ID mem.	344
Numero del campione	n	6
Lordo	G	+28.39 g
ID memoria	ID mem.	345
Numero del campione	n	7
Lordo	G	+28.39 g
ID memoria	ID mem.	346
Numero del campione	n	8
Lordo	G	+28.39 g
ID memoria	ID mem.	347
Numero del campione	n	9
Lordo	G	+28.40 g



ID memoria	ID mem.	348		
Numero del campione	n	10		
Lordo	G		+28.40	g
ID memoria	ID mem.	349		
<u>Risultato:</u>				
Peso dell'imballaggio vuoto (peso tara)	EWgt		28.39	g
<u>Iniziale:</u>				
ID prodotto	ID prod.	LOCOBASE-REPAIR 100 g		
Controllo	Contr.	Non distruttivo		
Tipo di prodotto	Tipo	Solido		
Controllare secondo	Contr.	Definito dall'utente		
Quantità nominale	Qnt.nom.	100.000000		g
Numero di campioni	nDef	3		
Peso della tara	PesoTara	28.39		g
Tolleranza inferiore 2	TU 2	93.0000000		g
Tolleranza inferiore 1	TU 1	94.0000000		g
Tolleranza inferiore	TU	95.0000000		g
Tolleranza superiore	TO	101.000000		g
Tolleranza superiore 1	TO 1	102.000000		g
Tolleranza superiore 2	TO 2	103.000000		g

Componenti:

Numero del campione	n	1		
Canale	Canale	Canale-1		
Net2	N2		+99.96	g
Tara manuale 2	PT2		+28.39	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.35	g
ID memoria	ID mem.	350		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	2		
Canale	Canale	Canale-2		
Net2	N2		+100.00	g
Tara manuale 2	PT2		+28.39	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	351		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	3		
Canale	Canale	Canale-3		
Net2	N2		+100.00	g
Tara manuale 2	PT2		+28.39	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	352		
Controllo	Check	OK		
<u>Risultato:</u>				



Contatore totale	Total	3	
Contatore infer. alla tolleranza 2	<TU2	0	
Contatore infer. alla tolleranza 1	<TU1	0	
Contatore infer. alla tolleranza	<TU	0	
Contatore OK	OK	3	
Contatore super. alla tolleranza	>TO	0	
Contatore super. alla tolleranza 1	>TO1	0	
Contatore super. alla tolleranza 2	>TO2	0	
<u>Statistica:</u>			
Numero di componenti	n	3	
Valore medio	$\bar{x}$	99.987	g
Media a lungo termine	MediaL	99.987	g
Deviazione standard	s	0.023	g
Coefficiente di variazione	sRel	0.02	%
Somma di tutti i valori	Sum	299.96	g
Valore più basso del componente (min)	Min	99.96	g
Valore più alto del componente (max)	Max	100.00	g
Differenza min e max	Diff	0.04	g
Data/ora fine del report	06/06/2025	15:38:35	
Firma:			