



Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA6202S-2S00-0
Numero di serie	N° ser.	0037302471
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Nome dell'attività	Attività	App Packaging v.2 (Leo Pharma)
Versione QAPP	QAPP	2.0.0
ID 1 apparecchio	ID 1	LEOPHARMA
ID 2 apparecchio	ID 2	Bilancia XYZ
ID 3 apparecchio	ID 3	Rep Packaging
ID gruppo	Gruppo	LINEA XX
Data/ora inizio del report	06/06/2025	15:55:29

Iniziale:

Batch No:	Lotto	9404566754
ID prodotto	ID prod.	LOCODASE-REPAIR 100 g
Controllo	Contr.	Non distruttivo
Tipo di prodotto	Tipo	Solido
Controllare secondo	Contr.	Definito dall'utente
Quantità nominale	Qnt.nom.	100.000000 g
Numero di campioni	nDef	9
Peso della tara	PesoTara	28.4 g
Tolleranza inferiore 2	TU 2	93.0000000 g
Tolleranza inferiore 1	TU 1	94.0000000 g
Tolleranza inferiore	TU	95.0000000 g
Tolleranza superiore	TO	101.000000 g
Tolleranza superiore 1	TO 1	102.000000 g
Tolleranza superiore 2	TO 2	103.000000 g

Componenti:

Numero del campione	n	1
Canale	Canale	Canale 1 - Tubo-1
Net2	N2	+71.62 g
Tara manuale 2	PT2	+28.40 g
Valore lordo calcolato	GC	+100.02 g
ID memoria	ID mem.	419
Controllo	Check	TU2
Numero del campione	n	2
Canale	Canale	Canale 1 - Tubo-2
Net2	N2	+99.99 g
Tara manuale 2	PT2	+28.40 g
Valore lordo calcolato	GC	+128.39 g
ID memoria	ID mem.	420
Controllo	Check	OK



Numero del campione	n	3		
Canale	Canale	Canale 1 - Tubo-3		
Net2	N2		+99.99	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	421		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	4		
Canale	Canale	Canale 2 - Tubo-1		
Net2	N2		+99.99	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	422		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	5		
Canale	Canale	Canale 2 - Tubo-2		
Net2	N2		+99.98	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.38	g
ID memoria	ID mem.	423		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	6		
Canale	Canale	Canale 2 - Tubo-3		
Net2	N2		+99.98	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.38	g
ID memoria	ID mem.	424		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	7		
Canale	Canale	Canale 3 - Tubo-1		
Net2	N2		+99.99	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	425		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	8		
Canale	Canale	Canale 3 - Tubo-2		
Net2	N2		+99.98	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.38	g
ID memoria	ID mem.	426		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	9		
Canale	Canale	Canale 3 - Tubo-3		
Net2	N2		+99.99	g



Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	427		
Controllo	Check	OK		
<u>Risultato:</u>				
Numero di misurazioni	MeasNo		7	
Contatore totale	Total		9	
Contatore infer. alla tolleranza 2	<TU2		1	
Contatore infer. alla tolleranza 1	<TU1		0	
Contatore infer. alla tolleranza	<TU		0	
Contatore OK	OK		8	
Contatore super. alla tolleranza	>TO		0	
Contatore super. alla tolleranza 1	>TO1		0	
Contatore super. alla tolleranza 2	>TO2		0	
<u>Statistica:</u>				
Numero di componenti	n		9	
Valore medio	$\bar{x}$		96.834	g
Media a lungo termine	MediaL		98.153	g
Deviazione standard	s		9.455	g
Coefficiente di variazione	sRel		9.76	%
Somma di tutti i valori	Sum		871.51	g
Valore più basso del componente (min)	Min		71.62	g
Valore più alto del componente (max)	Max		99.99	g
Differenza min e max	Diff		28.37	g
Data/ora fine del report	06/06/2025	15:57:26		
Firma:				