



Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA6202S-2S00-0
Numero di serie	N° ser.	0037302471
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Versione QAPP	QAPP	2.0.0
Nome dell'attività	Attività	Test Leopharma
ID 1 apparecchio	ID 1	LEOPHARMA
ID 2 apparecchio	ID 2	REP. PACKAGING
ID 3 apparecchio	ID 3	LINEA XX

Iniziale:

Batch No.	LOTTO	6346295	
ID prodotto	ID prod.	LOCOBASE-REPAIR 100 g	
Controllo	Contr.	Non distruttivo	
Tipo di prodotto	Tipo	Solido	
Controllare secondo	Contr.	Definito dall'utente	
Quantità nominale	Qnt.nom.	100.000000	g
Numero di campioni	nDef	9	
Peso della tara	PesoTara	28.4	g
Tolleranza inferiore 2	TU 2	93.0000000	g
Tolleranza inferiore 1	TU 1	94.0000000	g
Tolleranza inferiore	TU	95.0000000	g
Tolleranza superiore	TO	102.000000	g
Tolleranza superiore 1	TO 1	103.000000	g
Tolleranza superiore 2	TO 2	104.000000	g

Componenti:

Numero del campione	n	1	
Canale:	CANALE	Canale 1 - Tubo-1	
Net2	N2	+99.99	g
Controllo	Check	OK	
Numero del campione	n	2	
Canale:	CANALE	Canale 1 - Tubo-2	
Net2	N2	+99.99	g
Controllo	Check	OK	
Numero del campione	n	3	
Canale:	CANALE	Canale 1 - Tubo-3	
Net2	N2	+99.99	g
Controllo	Check	OK	
Numero del campione	n	4	
Canale:	CANALE	Canale 2 - Tubo-1	
Net2	N2	+99.99	g
Controllo	Check	OK	



Numero del campione	n	5		
Canale:	CANALE	Canale 2 - Tubo-2		
Net2	N2		+99.99	g
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	6		
Canale:	CANALE	Canale 2 - Tubo-3		
Net2	N2		+86.78	g
Controllo	Check	TU2		
Numero del campione	n	7		
Canale:	CANALE	Canale 3 - Tubo-1		
Net2	N2		+99.99	g
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	8		
Canale:	CANALE	Canale 3 - Tubo-2		
Net2	N2		+99.99	g
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	9		
Canale:	CANALE	Canale 3 - Tubo-3		
Net2	N2		+99.99	g
Controllo	Check	OK		
<u>Risultato:</u>				
Numero di misurazioni	MeasNo		4	
Contatore totale	Total		9	
Contatore infer. alla tolleranza 2	<TU2		1	
Contatore infer. alla tolleranza 1	<TU1		0	
Contatore infer. alla tolleranza	<TU		0	
Contatore OK	OK		8	
Contatore super. alla tolleranza	>TO		0	
Contatore super. alla tolleranza 1	>TO1		0	
Contatore super. alla tolleranza 2	>TO2		0	
<u>Statistica:</u>				
Numero di componenti	n		9	
Valore medio	$\bar{x}$		98.522	g
Media a lungo termine	MediaL		99.254	g
Deviazione standard	s		4.403	g
Coefficiente di variazione	sRel		4.47	%
Somma di tutti i valori	Sum		886.70	g
Valore più basso del componente (min)	Min		86.78	g



Valore più alto del componente (max)	Max	99.99	g
Differenza min e max	Diff	13.21	g
Data/ora fine del report	09/06/2025	18:26:43	
Firma:			
