



|                        |           |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|
| Costruttore            | Costrut.  | Sartorius              |
| Numero di modello      | Modello   | MCA6202S-2S00-0        |
| Numero di serie        | N° ser.   | 0037302471             |
| Versione del pacchetto | Pacchetto | 09-03-09.01.07 CN:1CBD |
| Versione QAPP          | QAPP      | 2.0.0                  |
| Nome dell'attività     | Attività  | Test Leopharma         |
| ID 1 apparecchio       | ID 1      | LEOPHARMA              |
| ID 2 apparecchio       | ID 2      | REP. PACKAGING         |
| ID 3 apparecchio       | ID 3      | LINEA XX               |

Iniziale:

|                                            |          |                       |        |   |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---|
| Batch No.                                  | LOTTO    | 6346295               |        |   |
| ID prodotto                                | ID prod. | LOCOBASE-REPAIR 100 g |        |   |
| Descrizione                                | Descr.   | Crema Viso Collo      |        |   |
| Numero di valori di tara                   | nDefTare |                       | 10     |   |
| <u>Componenti:</u>                         |          |                       |        |   |
| Numero del campione                        | n        | 1                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 2                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 3                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 4                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 5                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 6                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 7                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 8                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 9                     |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| Numero del campione                        | n        | 10                    |        |   |
| Lordo                                      | G        |                       | +28.40 | g |
| <u>Risultato:</u>                          |          |                       |        |   |
| Peso dell'imballaggio vuoto<br>(peso tara) | EWgt     |                       | 28.40  | g |
| <u>Iniziale:</u>                           |          |                       |        |   |
| ID prodotto                                | ID prod. | LOCOBASE-REPAIR 100 g |        |   |
| Controllo                                  | Contr.   | Non distruttivo       |        |   |
| Tipo di prodotto                           | Tipo     | Solido                |        |   |



| Controllare secondo    | Contr.   | Definito dall'utente |   |
|------------------------|----------|----------------------|---|
| Quantità nominale      | Qnt.nom. | 100.000000           | g |
| Numero di campioni     | nDef     | 9                    |   |
| Peso della tara        | PesoTara | 28.4                 | g |
| Tolleranza inferiore 2 | TU 2     | 93.0000000           | g |
| Tolleranza inferiore 1 | TU 1     | 94.0000000           | g |
| Tolleranza inferiore   | TU       | 95.0000000           | g |
| Tolleranza superiore   | TO       | 102.000000           | g |
| Tolleranza superiore 1 | TO 1     | 103.000000           | g |
| Tolleranza superiore 2 | TO 2     | 104.000000           | g |

Componenti:

|                     |        |                   |   |
|---------------------|--------|-------------------|---|
| Numero del campione | n      | 1                 |   |
| Canale:             | CANALE | Canale 1 - Tubo-1 |   |
| Net2                | N2     | +99.99            | g |
| Controllo           | Check  | OK                |   |
| Numero del campione | n      | 2                 |   |
| Canale:             | CANALE | Canale 1 - Tubo-2 |   |
| Net2                | N2     | +99.99            | g |
| Controllo           | Check  | OK                |   |
| Numero del campione | n      | 3                 |   |
| Canale:             | CANALE | Canale 1 - Tubo-3 |   |
| Net2                | N2     | +99.99            | g |
| Controllo           | Check  | OK                |   |
| Numero del campione | n      | 4                 |   |
| Canale:             | CANALE | Canale 3 - Tubo-1 |   |
| Net2                | N2     | +99.99            | g |
| Controllo           | Check  | OK                |   |
| Numero del campione | n      | 5                 |   |
| Canale:             | CANALE | Canale 3 - Tubo-2 |   |
| Net2                | N2     | +99.97            | g |
| Controllo           | Check  | OK                |   |
| Numero del campione | n      | 6                 |   |
| Canale:             | CANALE | Canale 3 - Tubo-3 |   |
| Net2                | N2     | +105.05           | g |
| Controllo           | Check  | TO2               |   |
| Numero del campione | n      | 7                 |   |
| Canale:             | CANALE | Canale 3 - Tubo-3 |   |
| Net2                | N2     | +99.98            | g |
| Controllo           | Check  | OK                |   |
| Numero del campione | n      | 8                 |   |
| Canale:             | CANALE | Canale 3 - Tubo-3 |   |
| Net2                | N2     | +99.99            | g |
| Controllo           | Check  | OK                |   |
| Numero del campione | n      | 9                 |   |



|                                       |            |                   |         |   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|---------|---|
| Canale:                               | CANALE     | Canale 3 - Tubo-3 |         |   |
| Net2                                  | N2         |                   | +100.00 | g |
| Controllo                             | Check      | OK                |         |   |
| <u>Risultato:</u>                     |            |                   |         |   |
| Numero di misurazioni                 | MeasNo     |                   | 6       |   |
| Contatore totale                      | Total      |                   | 9       |   |
| Contatore infer. alla tolleranza 2    | <TU2       |                   | 0       |   |
| Contatore infer. alla tolleranza 1    | <TU1       |                   | 0       |   |
| Contatore infer. alla tolleranza      | <TU        |                   | 0       |   |
| Contatore OK                          | OK         |                   | 8       |   |
| Contatore super. alla tolleranza      | >TO        |                   | 0       |   |
| Contatore super. alla tolleranza 1    | >TO1       |                   | 0       |   |
| Contatore super. alla tolleranza 2    | >TO2       |                   | 1       |   |
| <u>Statistica:</u>                    |            |                   |         |   |
| Numero di componenti                  | n          |                   | 9       |   |
| Valore medio                          | $\bar{x}$  |                   | 100.550 | g |
| Media a lungo termine                 | MediaL     |                   | 100.085 | g |
| Deviazione standard                   | s          |                   | 1.688   | g |
| Coefficiente di variazione            | sRel       |                   | 1.68    | % |
| Somma di tutti i valori               | Sum        |                   | 904.95  | g |
| Valore più basso del componente (min) | Min        |                   | 99.97   | g |
| Valore più alto del componente (max)  | Max        |                   | 105.05  | g |
| Differenza min e max                  | Diff       |                   | 5.08    | g |
| <hr/>                                 |            |                   |         |   |
| Data/ora fine del report              | 09/06/2025 | 18:34:51          |         |   |
| Firma:                                |            |                   |         |   |