



Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA6202S-2S00-0
Numero di serie	N° ser.	0037302471
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Versione QAPP	QAPP	2.0.0
Nome dell'attività	Attività	Test Leopharma
ID 1 apparecchio	ID 1	LEOPHARMA
ID 2 apparecchio	ID 2	REP. PACKAGING
ID 3 apparecchio	ID 3	LINEA XX

Iniziale:

Batch No.	LOTTO	test TU 1 e 2	
ID prodotto	ID prod.	LOCOBASE-REPAIR 100 g	
Controllo	Contr.	Non distruttivo	
Tipo di prodotto	Tipo	Solido	
Controllare secondo	Contr.	Definito dall'utente	
Quantità nominale	Qnt.nom.	100.000000	g
Numero di campioni	nDef	3	
Peso della tara	PesoTara	28.4	g
Tolleranza inferiore 2	TU 2	93.0000000	g
Tolleranza inferiore 1	TU 1	94.0000000	g
Tolleranza inferiore	TU	95.0000000	g
Tolleranza superiore	TO	102.000000	g
Tolleranza superiore 1	TO 1	103.000000	g
Tolleranza superiore 2	TO 2	104.000000	g

Componenti:

Numero del campione	n	1		
Canale:	CANALE	test-1		
Net2	N2		+99.99	g
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	2		
Canale:	CANALE	test-2		
Net2	N2		+99.98	g
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	3		
Canale:	CANALE	test-3		
Net2	N2		+86.78	g
Controllo	Check	TU2		

Risultato:

Numero di misurazioni	MeasNo	2
Contatore totale	Total	3
Contatore infer. alla	<TU2	1



tolleranza 2

Contatore infer. alla	<TU1	0
-----------------------	------	---

tolleranza 1

Contatore infer. alla	<TU	0
-----------------------	-----	---

tolleranza

Contatore OK	OK	2
--------------	----	---

Contatore super. alla	>TO	0
-----------------------	-----	---

tolleranza

Contatore super. alla	>TO1	0
-----------------------	------	---

tolleranza 1

Contatore super. alla	>TO2	0
-----------------------	------	---

tolleranza 2

Statistica:

Numero di componenti	n	3
----------------------	---	---

Valore medio	$\bar{x}$	95.583	g
--------------	-----------	--------	---

Media a lungo termine	MediaL	97.780	g
-----------------------	--------	--------	---

Deviazione standard	s	7.624	g
---------------------	---	-------	---

Coefficiente di variazione	sRel	7.98	%
----------------------------	------	------	---

Somma di tutti i valori	Sum	286.75	g
-------------------------	-----	--------	---

Valore più basso del	Min	86.78	g
----------------------	-----	-------	---

componente (min)

Valore più alto del	Max	99.99	g
---------------------	-----	-------	---

componente (max)

Differenza min e max	Diff	13.21	g
----------------------	------	-------	---

Data/ora fine del report	09/06/2025	19:06:03
--------------------------	------------	----------

Firma: