



Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA6202S-2S00-0
Numero di serie	N° ser.	0037302471
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Versione QAPP	QAPP	2.0.0
Nome dell'attività	Attività	Test Leopharma
ID 1 apparecchio	ID 1	LEOPHARMA
ID 2 apparecchio	ID 2	REP. PACKAGING
ID 3 apparecchio	ID 3	LINEA XX

Iniziale:

Batch No.	LOTTO	1tare-quick	
ID prodotto	ID prod.	LOCOBASE-REPAIR 100 g	
Controllo	Contr.	Non distruttivo	
Tipo di prodotto	Tipo	Solido	
Controllare secondo	Contr.	Definito dall'utente	
Quantità nominale	Qnt.nom.	100.000000	g
Numero di campioni	nDef	3	
Peso della tara	PesoTara	28.4	g
Tolleranza inferiore 2	TU 2	93.0000000	g
Tolleranza inferiore 1	TU 1	94.0000000	g
Tolleranza inferiore	TU	95.0000000	g
Tolleranza superiore	TO	102.000000	g
Tolleranza superiore 1	TO 1	103.000000	g
Tolleranza superiore 2	TO 2	104.000000	g

Componenti:

Numero del campione	n	1	
Canale:	CANALE	quick-1	
Net2	N2	+99.98	g
Controllo	Check	OK	
Numero del campione	n	2	
Canale:	CANALE	quick-2	
Net2	N2	+99.98	g
Controllo	Check	OK	
Numero del campione	n	3	
Canale:	CANALE	quick-3	
Net2	N2	+99.99	g
Controllo	Check	OK	

Risultato:

Contatore totale	Total	3
Contatore infer. alla tolleranza 2	<TU2	0



Contatore infer. alla tolleranza 1	<TU1	0
Contatore infer. alla tolleranza	<TU	0
Contatore OK	OK	3
Contatore super. alla tolleranza	>TO	0
Contatore super. alla tolleranza 1	>TO1	0
Contatore super. alla tolleranza 2	>TO2	0

Statistica:

Numero di componenti	n	3	
Valore medio	$\bar{x}$	99.983	g
Media a lungo termine	MediaL	99.990	g
Deviazione standard	s	0.006	g
Coefficiente di variazione	sRel	0.01	%
Somma di tutti i valori	Sum	299.95	g
Valore più basso del componente (min)	Min	99.98	g
Valore più alto del componente (max)	Max	99.99	g
Differenza min e max	Diff	0.01	g

Data/ora fine del report 10/06/2025 18:31:24
Firma:
