



Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA6202S-2S00-0
Numero di serie	N° ser.	0037302471
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Versione QAPP	QAPP	2.0.0
Nome dell'attività	Attività	Test Leopharma
ID 1 apparecchio	ID 1	LEOPHARMA
ID 2 apparecchio	ID 2	REP. PACKAGING
ID 3 apparecchio	ID 3	LINEA XX

Iniziale:

ID prodotto	ID prod.	LOCOBASE-REPAIR 100 g
Batch No.:	LOTTO:	mtare-noquick
Inizio	Inizio	10/06/2025 18:34:44
Fine	Fine	10/06/2025 18:44:11

Risultato:

Contatore totale	Total	15
Contatore infer. alla tolleranza 2	<TU2	0
Contatore infer. alla tolleranza 1	<TU1	0
Contatore infer. alla tolleranza	<TU	0
Contatore OK	OK	15
Contatore super. alla tolleranza	>TO	0
Contatore super. alla tolleranza 1	>TO1	0
Contatore super. alla tolleranza 2	>TO2	0

Statistica:

Numero di componenti	n	15	
Valore medio	$\bar{x}$	99.992	g
Media a lungo termine	MediaL	99.992	g
Deviazione standard	s	0.004	g
Coefficiente di variazione	sRel	0.00	%
Somma di tutti i valori	Sum	1499.88	g
Valore più basso del componente (min)	Min	99.99	g
Valore più alto del componente (max)	Max	100.00	g
Differenza min e max	Diff	0.01	g

Data/ora fine del report	10/06/2025	18:51:00
Firma:		

