

Fabricant	Fabric.	Sartorius
Nom du modèle	Modèle	MCA6202S-2S00-0
Numéro de série	N°série	0037302471
Version du package	Package	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Version de la QAPP	QAPP	1.2.3
Nom de la tâche	Tâche	Linkit® AX
ID 1 appareil	ID 1	NVS B1
ID 2 appareil	ID 2	987654321
ID 3 appareil	ID 3	1111

Initial:

ID de l'utilisateur	ID util.	Novartis User
Nom du programme	NomProg	Diluent 2
Numéro de matériau du liquide	Matériau	e
Date d'expiration		
Type de liquide	Liquide	acqua
Numéro de lot du liquide	Lot	oli
Informations supplémentaires	Info	
Nombre de Linkit® AX	Nombre	1

Poids de remplissage:

Compteur	n	1
Démarrage du processus de remplissage	Démarrage du processus de remplissage	04/07/2025 12:04:59
Numéro de lot du récipient	Numéro de lot du récipient	yhbynby

Vitesse du mouillage de filtre Mouillage de filtre 0.0 rpm

Vitesse de purge Purge 50.0 rpm
04/07/2025 12:05:07 Ignoré (Novartis User)

Vitesse de remplissage Remplir 250.0 rpm
Ralentir à (% plein) Ralent. 90 %
Jusqu'à la vitesse finale Vit.fin. 150.0 rpm

04/07/2025 12:05:42 Démarrer le remplissage (Novartis User)
04/07/2025 12:06:09 Pompe automatique arrêtée (Novartis User)

Vitesse de marche arrière Arrière 5.0 rpm
04/07/2025 12:07:06 Marche arrière arrêtée /poids plus faible pris en compte (Novartis User)

Poids cible total	Cible	50.00	g
Net	N	+49.87	g
Tare	T	+802.14	g
Valeur brute calculée	GC	+852.01	g
ID mémoire	ID mém.	431	
Arrêt du processus de remplissage	Arrêt du processus de remplissage	04/07/2025 12:07:06	

Date/heure fin du rapport	04/07/2025	12:07:06
Signat.:		

Job ID	ID	
Nom de l'emploi	Nom	
Utilisateur de l'emploi	Utilisateur	
Dernier calibrage	Der.cal.	isoCAL
	04/07/2025	11:15:49
