

Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA6202S-2S00-0
Numero di serie	N° ser.	0037302471
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.02.03 CN:FC99
Versione QAPP	QAPP	1.2.1
Nome dell'attività	Attività	Test-Novartis
ID 1 apparecchio	ID 1	ERREGIERRE
ID 2 apparecchio	ID 2	LABORATORIO CQ
ID 3 apparecchio	ID 3	STABILIMENTO DI SOVERE
Lordo	G	0.00 g
Incertezza assoluta	U	0.013 g
ID memoria	ID mem.	475
Data/ora fine del report	27/10/2025	14:43:01
Il report è stato compilato dall'utente Daniele Risolo (drisolo) e firmato con firma elettronica.		
ID lavoro	ID	
Nome del lavoro	Nome	
Utente del lavoro	Utente	
Ultima calibrazione	Ult.cal.	isoCAL
	27/10/2025	14:42:31